



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Πτολεμαΐδα: 06.11.2020  
Αριθμ. Πρωτ.: 10418

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό  
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουρί  
Πληροφορίες: Τσιτούρας Αντώνης  
Τηλέφωνο 2463351309  
FAX: 2463022782  
E-mail: [prometh@mpodosakeio.gr](mailto:prometh@mpodosakeio.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διευκρίνιση επί της αριθμ. 15/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007588867), «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» με (CPV: 24455000-8), με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 6.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

Σας ενημερώνουμε πως στη σελίδα 42 της σχετικής διακήρυξης η παράγραφος που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους με α/α: "6. ENZYMATIKO ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ" αντικαθιστάται από την ακόλουθη παράγραφο:

"Συμπυκνωμένο απολυμαντικό (για προαπολύμανση) - καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο, για χρήση με εμβάπτιση (στο χέρι) και σε πλυντήριο υπερήχων. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV). Να περιέχει καθαριστικές ουσίες ένζυμα για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών, αμύλου κλπ. χωρίς να αφήνει κατάλοιπα και να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋμένιο (biofilm). Να μην είναι τοξικό, ερεθιστικό για δέρμα, βλεννογόνους ή οφθαλμούς για το προσωπικό κατά την χρήση του και να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος. Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να μη δημιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπίων ή μελέτες συμβατότητας με υλικά κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να δίνεται το κόστος ανά λίτρο διαλύματος προϊόντος σύμφωνα με την κατασκευαστική αραίωση. Να παραμένει ενεργό για 28 ημέρες. Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην ΓΧΚ) και να φέρει σήμανση CE από

κοινοποιημένο οργανισμό. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.”

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑ**