



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^{ης} Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Πτολεμαΐδα 17-01-2012
Αριθμ.Πρωτ. :408

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί
Πληροφορίες: Θ. ΣΑΜΑΡΑ
Τηλέφωνο / FAX : 2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

«Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μιας ιστοκινέτας για το παθολογοανατομικό τμήμα του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ.315/11-8-2011 απόφαση Δ.Σ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια μιας ιστοκινέτας για το παθολογοανατομικό τμήμα συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ συμπ.ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Γραφείο Διοικήτριας) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00 π.μ** ενώπιο της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει δυο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

A. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους

B. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία.

Η αναφερόμενη στην οικονομική προσφορά τιμή για το προσφερόμενο είδος θα δίνεται για την παράδοσή του με όλα τα μέρη του καινούρια και αμεταχειρίιστα, εγκατεστημένα σε πλήρη λειτουργία, και θα περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις που βαρύνουν την προμήθεια του. Επίσης η τιμή θα περιλαμβάνει και την εγγύηση. Η εγγύηση αυτή είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει δωρεάν αποκατάσταση βλαβών (εξαρτήματα και εργασία) εντός δέκα εργάσιμων ημερών ενώ θα πρέπει να

λαμβάνεται επίσης υπόψη πως σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς κάποιου εξαρτήματός του για επισκευή ή αντικατάστασή του κατά την περίοδο της εγγύησης, όλα τα έξοδα, μεταφοράς από και προς το Νοσοκομείο θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου»

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”, 3^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προμήθεια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές .

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει ανά ομάδα ειδών επί τη βάσει ανεξάρτητων κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΒΑΘΜ. ΣΤΟΙΧ.	ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥ.	ΒΑΘΜ. ΠΡΟΣΦ.	ΣΤΑΘΜ. ΒΑΘΜ.
	ΟΜΑΔΑ Α'				
1	Συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου μηχανήματος με τις ζητούμενες προδιαγραφές		70 %		
	Σύνολο		70 %		
	ΟΜΑΔΑ Β'				
2	Χρόνος παράδοσης		5 %		
3	Παρεχόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας		10 %		
4	Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης SERVICE – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ		15 %		
	Σύνολο		30%		
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ					

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

= _____ = _____

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαραίτητοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

- 1) Να είναι κλειστού τύπου, επιδαπέδια ιστοκινέτα.
- 2) Η λειτουργία της να βασίζεται στην εφαρμογή κενού και πίεσης.
- 3) Να είναι κατασκευασμένη από ειδικό ανοξείδωτο υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση.
- 4) Να διαθέτει θάλαμο χωρητικότητα τουλάχιστον 150 δειγμάτων.
- 5) Να διαθέτει μνήμη για εφαρμογή τουλάχιστον 9 προγραμμάτων επεξεργασίας και 2 προγραμμάτων καθαρισμού.
- 6) Να διαθέτει σύστημα αυτόματου ελέγχου ορθής σύνδεσης των δοχείων αντιδραστηρίων και δοχείων παραφίνης, πριν από την έναρξη λειτουργίας.
- 7) Η εισροή αντιδραστηρίων στον θάλαμο δειγμάτων να επιτυγχάνεται με χρήση θερμαινόμενης περιστροφικής βαλβίδας ιδιαίτερα υψηλής αντοχής.
- 8) Τα αντιδραστήρια να εισέρχονται στον θάλαμο δειγμάτων από την κορυφή αυτού και να εξέρχονται από τον πυθμένα του, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ξήρανσης των παρασκευασμάτων.
- 9) Να διαθέτει υψηλής αντοχής σύστημα ανάδευσης παρασκευασμάτων, το οποίο να μην βασίζεται στην χρήση αναδευτήρα.
- 10) Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανταλλαγής ομοειδών αντιδραστηρίων χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.
- 11) Να διαθέτει αισθητήρες εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής και υψηλής ανθεκτικότητας.
- 12) Να έχει την δυνατότητα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της, για την προσθήκη επιπλέον δειγμάτων προς επεξεργασία, χωρίς να απαιτείται αναπρογραμματισμός.
- 13) Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου της στάθμης των αντιδραστηρίων κατά την έναρξη και κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
- 14) Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης ελλείψεων ή σφαλμάτων και ειδοποίησης με ηχητικά μηνύματα.
- 15) Να διαθέτει σύστημα προστασίας των παρασκευασμάτων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και σύστημα μνήμης για συνέχιση της λειτουργίας της από το στάδιο όπου είχε σταματήσει.

- 16) Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά και σε υψηλότερες θερμοκρασίες για επιτάχυνση του χρόνου επεξεργασίας.
- 17) Όλες οι λειτουργίες τις να ρυθμίζονται από οθόνη LCD με μπαταρία μνήμης και δυνατότητα ρυθμίσεων ευκρίνειας.
- 18) Να διαθέτει τουλάχιστον 10 δοχεία αντιδραστηρίων αποσπώμενα, χωρητικότητας μέχρι 2,5 lt.
- 19) Να διαθέτει τουλάχιστον 4 αποσπώμενα δοχεία παραφίνης χωρητικότητας μέχρι 2,5 lt.
- 20) Να διαθέτει τουλάχιστον 3 αποσπώμενα δοχεία καθαρισμού αντίστοιχης χωρητικότητας (2,5 lt).
- 21) Να διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού, ο οποίος θα πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χειριστή.
- 22) Να διαθέτει ενσωματωμένα ειδικά φίλτρα για την προσρόφηση όλων των παραγόμενων αναθυμιάσεων.
- 23) Να μην απαιτεί συχνή συντήρηση και άλλες ειδικές τεχνικές εργασίες από τους χρήστες.

Επίσης θα διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να λειτουργούν σε δίκτυο πόλης 220V/50 Hz.
2. Να πληρούν τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας, οι οποίοι θα κατονομάζονται και πιστοποιούνται από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου κατασκευής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών.
2. Χρόνος παράδοσης: 6 εβδομάδες

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία να δεσμεύεται στα πιο κάτω:

1. Δήλωση για ύπαρξη ανταλλακτικών και σέρβις, τουλάχιστον για 10 χρόνια.
2. Δήλωση για εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση-λειτουργία-σέρβις, ως και παράδοσης με την προσφορά των σχετικών εγχειριδίων χρήσης-λειτουργίας στα Ελληνικά και προτύπων service manual & prospectus.
3. Θα διαθέτει απαραίτητως το σήμα CE, καθώς και πιστοποίηση κατά ISO, τόσο του εργοστασίου παραγωγής όσο και ISO σειράς 9001 του προμηθευτή.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
5. Όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις και οποιαδήποτε ουσιαστική απόκλιση αποτελεί λόγο απόρριψης.

