



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Πτολεμαΐδα 02-02-2012
Αριθμ. Πρωτ. 1160

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί
Πληροφορίες: ΑΛΒΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο / FAX : 2463351309 / 2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γαντιών».

Παρακαλούμε να αποστείλετε με φαξ (2463022782) ή με email (prometh@otenet.gr) οικονομική προσφορά για τα παρακάτω είδη όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα μέχρι την Δευτέρα 13-02-2012 και ώρα 12.00 το μεσημέρι

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕΪΤΣΙΝΗ - ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 300ΜΜ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (LATEX), ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΑ: Α) ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EN 455-1 Β) ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EN 455-2 ΚΑΙ Γ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ-ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EN 455-3. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΖΕΥΓΗ No 6,5 No 7 No 7,5 No 8 No 8,5	1.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΧΟΣ 35-40 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 300 mm . ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΦΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 455-1,2 και 3 .	ΤΕΜΑΧΙΑ No 7,5 No 8 No 8,5	3.000
3	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ Η ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΤΕΞ Η ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 270 ΧΙΛ.	ΤΕΜΑΧΙΑ SMALL MEDIUM LARGE	100.000 100.000 100.000
4	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ Η ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΤΕΞ Η ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 270 ΧΙΛ.	ΤΕΜΑΧΙΑ SMALL MEDIUM LARGE	100.000 100.000 100.000
5	ΧΗΜΕΙΟΟΠΡΟΣΤΑ ΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	ΧΗΜΕΙΟΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ : 1) ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ LATEX 2) ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 23MG/G ASTM (D-5712-95). ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΟΥΔΡΑ. 3) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EN 374 ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 5) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/686/ΕΕC ΩΣ ΡΡΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ. 6) ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΑΓΚΩΝΑΣ 0,25 – 0,30 ΜΜ, ΠΑΛΑΜΗ 0,35 – 0,40 ΜΜ, ΔΑΧΤΥΛΑ 0,40 – 0,45 ΜΜ) 7) ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΟ (275 – 300 ΜΜ) ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. 8) ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΝΑ 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5	ΤΕΜΑΧΙΑ	4.000
6	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. «ΜΟΥΝΤΖΕΣ»		ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000