



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πτολεμαΐδα 4-4-2013

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

**ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί , Τ.Κ 50100

Πληροφορίες: Θεοδώρα Σαμαρά

Τηλέφωνο / FAX :2463351309/

2463022782

E-mail : [prometh@otenet.gr](mailto:prometh@otenet.gr)

## **Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η**

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 7 / 2013

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.500,00 €**

**ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α' 64/16-3-2007).
3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α' 150/10-7-2007).
4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007).

6. Το Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» άρθρο 27 παρ.11.
7. Το υπ'αριθμ. .8003/28-11-12 έγγραφο της ΕΠΥ με Θέμα «έγκριση δαπανών από την ΕΠΥ» στο οποίο αναφέρεται ότι οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην προμήθεια υπηρεσιών ,καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και μέχρι το ποσό των 45.000,00 ευρώ κατά ΚΑΕ Προϋπολογισμού χωρίς την προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας απ' άλλο όργανο και κατ' επέκταση την ένταξη των ανωτέρω προμηθειών σε Πρόγραμμα προμηθειών και Υπηρεσιών υγείας .
8. Την υπ'αριθμ. ΔΥ5α/150056/16-12-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας
9. Την υπ'αριθμ.200/4-4-2013 απόφαση Δ.Σ «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) συγκολλητή και ενός (1) ζυγού-ανακινητήρα για το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας »

### **ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) συγκολλητή και ενός (1) ζυγού-ανακινητήρα για το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,από την επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας.( Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 7131.01)

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>
<b>1</b>	Συγκολλητής	1	5.000,00 €
<b>2</b>	Ζυγός-ανακινητήρας	1	3.500,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2</b>	<b>8.500,00 €</b>

### **2. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

<b>ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΗΜΕΡΑ</b>	<b>ΩΡΑ</b>
Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Θέση Κουρί  Γραφείο προμηθειών	<b>19-4-2013</b>	<b>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</b>	<b>12:00 π.μ</b>

Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Γραφείο Διοικήτριας) του Νοσοκομείου και γίνονται δεκτές **μέχρι την Πέμπτη 18-4-2013 και ώρα 14.00 μ.μ.** Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού . Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

Η παρούσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και Κοζάνης καθώς και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

### **3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει δυο επιμέρους φακέλους :

**A. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς»**, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών. Αυτά περιλαμβάνουν τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του κατασκευαστή από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

**B. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς»**, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά με την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

#### **«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**

**«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:** επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου»

**«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”, 3<sup>η</sup> Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ. Αριθμ. : ....**

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:** ... ..... για το Γ.Ν Πτολεμαΐδας  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**

#### **4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

##### **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΙΑΓΩΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**

1. Να είναι επιτραπέζια κατάλληλη για εντατική βαριά χρήση τμήματος αιμοδοσίας
2. Να διαθέτει μικρό όγκο και εργονομικό σχεδιασμό.
3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 Volt/50 Hz.
4. Να διαθέτει ενσωματωμένη σταθερή σιαγόνα συγκόλλησης για συνεχείς συγκολλήσεις υψηλής ποιότητας σε όλους τους τύπους σωλήνων διαμέτρου ως 6 mm
5. Η συγκόλληση να επιτυγχάνεται με γεννήτρια υψηλών συχνοτήτων (RF) και όχι με θερμοκόλληση.
6. Να είναι αυτοσυντονιζόμενος με αυτόματη αναγνώριση και προσαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο σωλήνα προς συγκόλληση.
7. Να πραγματοποιεί πλατειές συγκολλήσεις με εγκοπή στο κέντρο για εύκολο διαχωρισμό χωρίς χρήση ψαλιδιού.
8. Να μην απαιτείται η προθέρμανση του συγκολλητή πριν την χρήση
9. Να είναι κατάλληλος για χρήση με όλους τους τύπους ασκών του εμπορίου ανεξαρτήτου σκληρότητας και πάχους των σωλήνων.
10. Ο χρόνος συγκόλλησης να είναι μικρός περίπου 1 sec
11. Να εκτελεί κατά την εκκίνηση αυτοέλεγχο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του μηχανήματος και η ασφάλεια του χειριστή
12. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία συγκόλλησης η οποία θα παραμένει αναμμένη όσο διαρκεί η συγκόλληση
13. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού οπτικό και ηχητικό για την περίπτωση δυσλειτουργίας.
14. Να διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα θωράκισης και προστασίας από τις υψηλές συχνότητες κατά την λειτουργία του των χειριστών και του υπόλοιπου εξοπλισμού της αιμοδοσίας.
15. Να διαθέτει δυνατότητα ταχείας σύνδεσης με χειροκίνητη πένσα συγκόλλησης. Η πένσα να προσφερθεί προς επιλογή.
16. Να μην απαιτούνται αναλώσιμα για την λειτουργία του.
17. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους
18. Μετά την προμήθεια θα γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση στο προσωπικό της αιμοδοσίας
19. Κατά την παράδοση θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά εγχειριδίων λειτουργίας και χρήσης στα ελληνικά.
20. Να διαθέτει επί ποινή απόρριψης όλες τις πιστοποιήσεις ποιότητας και προδιαγραφών ποιότητας και ασφαλείας (CE,ISO,IEC)
21. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001
22. Χρόνος Παράδοσης :Άμεσος

##### **ΖΥΓΟΣ –ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ**

1. Να είναι ηλεκτρονικός σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για εντατική βαριά χρήση τμήματος αιμοδοσίας
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 Volt/50 Hz
3. Η λειτουργία του να είναι αθόρυβη
4. Να είναι απλός στην χρήση και εύκολος στον χειρισμό

5. Να είναι εύκολος στον καθαρισμό
6. Να διαθέτει μικρό όγκο και εργονομικό σχεδιασμό.
7. Να είναι κατάλληλος για όλους τους ασκούς του εμπορίου
8. Η ανάδευση του αντιπηκτικού και του αίματος να γίνεται ομαλά
9. Να πραγματοποιεί ακριβή ζύγιση του καθαρού και μικτού βάρους της ποσότητας αίματος που λαμβάνεται με απόκλιση επί του μετρούμενου βάρους 1% περίπου
10. Καθ'όλη την διάρκεια της αιμοληψίας να γίνεται συνεχής ανακίνηση του ασκού με το λαμβανόμενο αίμα προς αποφυγή θρόμβων
11. Να διαθέτει μικροϋπολογιστή μέσω του οποίου να γίνονται οι επιθυμητές ρυθμίσεις
12. Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου θα εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον χρήστη- επιθυμητός όγκος αίματος προς συλλογή,ο συλλεχθείς όγκος αίματος,ο χρόνος αιμοληψίας,η ροή της φλέβας του δότη.
13. Να διαθέτει πλήκτρα χειρισμού για όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις
14. Ο δίσκος ζύγισης να είναι ενσωματωμένος επί της συσκευής.
15. Ο μηδενισμός του ζυγού και ο υπολογισμός απόβαρου να γίνεται αυτόματα
16. Ο όγκος της του προς λήψη αίματος να προκαθορίζεται από τον χρήστη μεταξύ 0 και 999ml
17. Να εμφανίζεται συνεχώς επί της οθόνης η ληφθείσα ποσότητα αίματος και να διακόπτεται αυτομάτως η αιμοληψία όταν ληφθεί η προκαθορισμένη ποσότητα.
18. Να παρακολουθεί αυτόματα την ροή του αίματος και να διαθέτει ηχητικό συναγερμό για τυχόν ανωμαλίες κατά την αιμοληψία και για το τέλος αυτής.
19. Να διαθέτει πλήκτρο διακοπής ροής (clamp) από τον χρήστη
20. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για αυτόνομη λειτουργία από το ρεύμα δικτύου τουλάχιστον 5 ωρών
21. Να μην απαιτούνται αναλώσιμα για την λειτουργία του.
22. Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων για την λειτουργία παρελκομένων
23. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους
24. Μετά την προμήθεια θα γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση στο προσωπικό της αιμοδοσίας
25. Κατά την παράδοση θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά εγχειριδίων λειτουργίας και χρήσης στα ελληνικά.
26. Να διαθέτει επί ποινή απόρριψης όλες τις πιστοποιήσεις ποιότητας και προδιαγραφών ποιότητας και ασφαλείας (CE,ISO,IEC)
27. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001
28. Χρόνος Παράδοσης :Δέκα(10) ημερολογιακές ημέρες

## 5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Πτολεμαΐδα , σήμερα .....2013, μεταξύ των συμβαλλομένων:

**αφενός** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”**, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Α.Φ.Μ. 999136468, Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια....., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας **«Το Νοσοκομείο»** και **αφετέρου** της ..... εταιρίας με την επωνυμία ..... (Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....) που εδρεύει στ... (οδός ..... αριθ. ....), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... .., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας **«Προμηθευτής»**, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

**A.** Την ..... .. διενεργήθηκε από το Γ.Ν Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ... διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης ....., για την ....., για τις ανάγκες του Γ.Ν Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ,σύμφωνα με την υπ’ αριθ. .../2013 διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. ..../...../ συνεδρίασή του (θέμα ....), κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

**B.** Μετά τα παραπάνω, το Γ.Ν Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ... .., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ..... Προκήρυξη .

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**2.1.** Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία των προσφερόμενων ..... στο Νοσοκομείο σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των ..... (.....,00) ευρώ ανά μονάδα μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.

**2.2.** Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

**2.3.** Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

**2.4.** Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.).

**2.5.** Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

**2.6.** Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος.

**2.7.** Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

**2.8.** Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

## **ΑΡΘΡΟ 3**

### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε. την υπ’ αριθ. .... **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της .....**, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό **10%** της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού ..... αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

της εν λόγω υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Νοσοκομείο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

##### **ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει ....

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του νοσοκομείου.

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του νοσοκομείου.

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά κατά παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης και σχεδίου σύμβασης,

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

##### **ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – **μετά από μηνιαία προειδοποίησή του** – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

##### **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτό της Κοζάνης .

**ΑΡΘΡΟ 7**  
**ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ**

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

**ΑΡΘΡΟ 8**  
**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθησαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ**