



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Πτολεμαΐδα : 11-06-2013
Αριθμ.Πρωτ. : 5196

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί
Πληροφορίες: Α. Αλβίζου
Τηλ. / FAX : 2463351501-2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 285/29-04-2013 απόφαση Δ.Σ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών με CPV: 33141420-0 συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 41.069,65 € συμπ. του Φ.Π.Α σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΕΒΥΛ καθώς επίσης να αφορά ετοιμοπαράδοτα είδη.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο μέχρι την **20 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 π.μ.** στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας (Γραφείο Διοικήτριας). Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει **21 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔ.Π/Τ & ΤΙΜΗ Π/Τ ή ΠΙΘΑΝΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με μακριά μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος 300mm, από φυσικό ελαστικό (latex), χωρίς πούδρα, να είναι ελεγμένα: α) για σπές σύμφωνα με την οδηγία EN 455-1 β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία EN 455-2 και γ) βιολογικής ασφάλειας (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία EN 455-3. Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5	0,195€	Ζεύγος	28.000
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ.	Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με μακριά μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος 300mm, από φυσικό ελαστικό (latex), χωρίς πούδρα, να είναι ελεγμένα: α) για σπές σύμφωνα με την οδηγία EN 455-1 β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία EN 455-2 και γ) βιολογικής ασφάλειας (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία EN 455-3. Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5	0,59€	Ζεύγος	1500
3	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, ελαφρώς πουδραρισμένα, με ελάχιστο ολικό μήκος 270 χιλ. μεγέθη Small – Medium – large - X large.	7.3.74 0,0329€	Τεμάχιο	420.000
4	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ .	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΧΟΣ 35-40 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 300 mm . ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΦΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 455-1,2 και 3 . ΣΕ Να 7 - 7 1/2 - 8 - 8 1/2	0,905€	Ζεύγος	3500
5	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΦΗ (Μήκος μανσέτας πάνω από 280mm)	0,5525€	Ζεύγη	400

6	ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤ ΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Χημειοπροστατευτικά γάντια αποστειρωμένα μιας χρήσεως. Να είναι : 1) φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας LATEX 2) υποαλλεργικά. Η συγκέντρωση πρωτεΐνης να μην ξεπερνά τα 23mg/g ASTM (D-5712-95). Να μην περιέχουν πούδρα. 3) να είναι χρωματιστά, ώστε να αναγνωρίζονται αμέσως τυχόν λάθη κατά την ώρα εργασίας. 4) να είναι φτιαγμένα σύμφωνα με την οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης EN 374 και να έχουν σήμανση CE 5) να έχουν ελεγχθεί με κυτταροστατικά και να είναι πιστοποιημένα βάση της οδηγίας 89/686/EEC ως PPE κατηγορία III. 6) να αυξάνει το πάχος τους διαδοχικά από τον καρπό προς τα δάκτυλα για να είναι αδιαπέραστα από τους κυτταροστατικούς παράγοντες (αγκώνας 0,25 – 0,30 mm, παλάμη 0,35 – 0,40 mm, δάκτυλα 0,40 – 0,45 mm) 7) το μήκος τους να είναι τέτοιο (275 – 300 mm) που να καλύπτει τη μανσέτα της ποδιάς παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στο χειριστή. 8) να προσφερθούν σε Νο 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5	7.3.79 1,36€	Τεμάχιο	1500
7	ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑΥΛΟΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑΥΛΟΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	7.3.80 0,0033€	Τεμάχιο	16.000
8	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, χωρίς πούδρα, με ελάχιστο ολικό μήκος 270 χιλ. μεγέθη Small – Medium – large - X large.	0,0285€	Τεμάχιο	140.000
9	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HIV- HCV κλπ) ΜΧ	Γάντια χειρουργικά υψηλής προστασίας (για ασθενείς με HIV, HBV, HCV) μ.Χ. αποστειρωμένα, ενισχυμένα, με ελάχιστο μήκος 300 χιλιοστά περίπου που ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα EN 455, η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5	7.3.51 54,29€	Τεμάχιο	6
10	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ ΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΕΠΤΗΣ ΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ). ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 300 mm. ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,20 χιλ. ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. Νο -7 - 7 ^{1/2} - 8 - 8 ^{1/2}	0,5525€	Ζεύγη	3000

11	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ.	Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα,υποαλλεργικά, 100% συνθετικά,χωρίς λατέξ (non latex) και χωρίς πούδρα (powder free). Μεγέθη s-m-l	0,056€	Ζεύγη	1300
----	--	---	--------	-------	------

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ