



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
3<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  
ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα 29-11-2013  
Αριθμ.πρωτ. 10601

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό  
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί , Τ.Κ 50100  
Πληροφορίες: Θεοδώρα Σαμαρά  
Τηλέφωνο / FAX :2463351309/  
2463022782  
E-mail : [prometh@otenet.gr](mailto:prometh@otenet.gr)

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια βελόνων τεχνητού νεφρού για το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ».**

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» σύμφωνα με την υπ'αριθμ.751/21-11-2013 απόφαση Δ.Σ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια βελόνων τεχνητού νεφρού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει δυο επιμέρους φακέλους :Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

**«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**

**«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:** επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου »

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ:** .....για το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την **Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013** και ώρα **12:00** το μεσημέρι σε σφραγισμένο φάκελο στο **Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας** και θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού .

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ**

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Γ.Ν ΚΟΖΑΝΗΣ
1.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 15 G	TEM	12.000	7400
2.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 16 G	TEM	2.000	100
3.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 17 G	TEM	1000	-
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>15.000</b>	<b>7.500</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>9.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ</b>		

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (FISTULA) ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**

1. Να είναι ατραυματικές
2. Να είναι ελεύθερες αλουμινίου
3. Να είναι επικαλυμμένες με αδρανές υλικό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία
4. Να διαθέτουν πεταλούδα
5. Να φέρουν εύχρηστα κλιπς για την δυνητική διακοπή ροής κατά την φλεβοκέντηση
6. Να διατίθενται με ή χωρίς back eye
7. Να προσφέρονται σε διάμετρο βελόνας 15,16,17 gauge
8. Πάχος τοιχώματος βελόνας 95-100 microns και να ακολουθούν το διεθνές πρότυπο ISO 9626 ή ισοδύναμο EN2
9. Μήκος βελόνας από 20 έως 30 mm και να ακολουθούν το διεθνές πρότυπο ISO 9626 ή ισοδύναμο EN2
10. Μήκος σωλήνα από 150 έως 300 mm.
11. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους
12. Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα
13. Να αναγράφονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη διάμετρο
14. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
15. Τα προσφερόμενα είδη να είναι άριστης ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας
16. Να φέρει την σήμανση CE mark
17. Θα κατατεθούν δείγματα και προσπέκτους