



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα 27-1-2014
Αριθμ.Πρωτ. 988

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί , Τ.Κ 50100
Πληροφορίες: Θεοδώρα Σαμαρά
Τηλέφωνο / FAX :2463351309/
2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO και HOSPAL του Γ.Ν Πτολεμαΐδας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 14.083,50 € συμπ.ΦΠΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Φορέας Γ.Ν Πτολεμαΐδας σύμφωνα με υπ'αριθμ.18/24-1-2014 απόφαση Δ.Σ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO και HOSPAL του Γ.Ν Πτολεμαΐδας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 14.083,50 € συμπ.ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει δυο επιμέρους φακέλους :

A. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς του.

B. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά με την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου»

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: για το Γ.Ν Πτολεμαΐδας

Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 30-1-2014 και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα Πέμπτη 30-1-2014 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
GAMBRO και HOSPAL

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ
1	Μηχανήματα αιμοκάθαρσης GAMBRO	AK200S	7	1
2	Μηχανήματα αιμοκάθαρσης HOSPAL	INTEGRA	3	1

1. Ο «ανάδοχος» υποχρεώνεται να πραγματοποιεί την απαιτούμενη μία (1) επίσκεψη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) μηνών για την προληπτική συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων αιμοκάθαρσης .
2. Υποχρέωση του αναδόχου, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα, είναι να καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλήσεων πέραν των τακτικών συντηρήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης, υποχρέωση του αναδόχου είναι να ανταποκρίνεται εντός 16 εργάσιμων ωρών σε οποιαδήποτε κλήση του νοσοκομείου. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή με φαξ. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί το μηχάνημα να είναι εκτός λειτουργίας είναι το ανώτερο 10 εργάσιμες ημέρες.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών του εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος λόγω κάποιας βλάβης δεν έχει την δυνατότητα να επισκεύσει κάποιο μηχάνημα εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το μηχάνημα εντός 3 εργάσιμων ημερών έως ότου αποκαταστήσει την βλάβη και επαναφέρει το μηχάνημα σε κανονική λειτουργία.
5. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή προληπτική) σε λειτουργία, παραδίδοντας το αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας – Επισκευής στην Τεχνική Υπηρεσία (τμήμα Βιοϊατρικής) και στο αντίστοιχο Τμήμα του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας , ενώ μετά το πέρας της προληπτικής συντήρησης οφείλει να παραδίδει το συμπληρωμένο Πρωτόκολλο Προβλεπόμενων Ελέγχων.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του Νοσοκομείου και έγγραφη (FAX) αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
8. Στο τίμημα της συντήρησης συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα που τυχόν θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης.
9. Στο τίμημα της συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των τεχνικών του αναδόχου, από και προς το Νοσοκομείο, τόσο για τις προγραμματισμένες επισκέψεις όσο και για τις έκτακτες βλάβες που τυχόν θα προκύψουν.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα από την κατασκευάστρια εταιρία που θα πιστοποιούν τις γνώσεις και εξουσιοδότηση των τεχνικών που θα εκτελούν εργασίες στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
11. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρία.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
13. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
14. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή.

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην Προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους.
16. Βεβαίωση εξουσιοδότησης του αναδόχου από τον κατασκευαστικό οίκο με ποινή απόρριψης για την τεχνική υποστήριξη των υπό ανάθεση σε συντήρηση μηχανημάτων.
17. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του αποκλειστικού διανομέα του στην Ελλάδα, για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων καθ'όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
18. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ISO 9001/2008 που αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.