



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ : Ν .ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί
Πληροφορίες: Ι.Σταμκοπούλου
Τηλέφωνο : 2463351309
FAX : 2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

Πτολεμαΐδα : 28-07-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 6707

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων (κατηγορία CPV 33190000-8)».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 με ΦΠΑ:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
1	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (15lit/min)	<ul style="list-style-type: none">• Σύστημα απευθείας σύνδεσης με την κεντρική παροχή του νοσοκομείου• Ανθεκτικής κατασκευής & Υψηλής ποιότητας. (Να αναφέρετε το υλικό κατασκευής).• Με Δυο (2) Θέσεις-εξόδους για νεφελοποιητή και μάσκα O² - εξαιρείται η θέση off.• Να περιλαμβάνει Ροόμετρο & Υγραντήρα	30 TEM
2	ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none">• Με ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού.• Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου.• Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό.	100 TEM
3	ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	<ul style="list-style-type: none">• Συσκευές ρύθμισης της παροχής οξυγόνου σε φιάλες O².• Το σύστημα να περιλαμβάνει μανόμετρο και υγραντήρα• Με ρυθμιστή πίεσης Βιδωτό	2 TEM
4	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ	<ul style="list-style-type: none">• Από βιοτεχνικό PVC• Διαστάσεων 27cm X 30cm περίπου	200 TEM

- Οι προσφορές να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο email του Γραφείου Προμηθειών prometh@otenet.gr μέχρι την **3^η Αυγούστου 2015**, ημέρα Δευτέρα.
- Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή
- Η τιμή της προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτής του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητήριο(αν υπάρχει).
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα απορρίπτεται.
- Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
- Η προσφορά να περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές ή περιγραφικά φυλλάδια για τα προσφερόμενα είδη.
- Χρόνος ισχύος προσφοράς :3 μήνες (να αναγράφεται επί της προσφοράς).
- Τρόπος πληρωμής: Επί Πιστώσει.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ