

**ΠΡΟΣ:**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»**

**Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, Πληροφ. Κα Γρίβα Β. τηλ.: 24633-51309**

Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2016

**ΘΕΜΑ:**

**Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συρραπτικών Μηχανών Νοσοκομειακής Χρήσης – Εργαλείων Χειρουργείου» με CPV 33162200-5**  
**Βάσει της με Α.Π.164/05-01-2016 ανακοίνωση του Νοσοκομείου σας**

Σας παραθέτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **«Συρραπτικών Μηχανών Νοσοκομειακής Χρήσης – Εργαλείων Χειρουργείου» με CPV 33162200-5**, για τους κάτωθι α/α των ζητούμενων ειδών:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΣΧΟΛΙΑ
2	<b>ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ</b>	<p><b>1).</b> Να διαθέτει κλιπς από τιτάνιο, για να διασφαλίζεται η επάρκεια της συρραφής.</p> <p><b>2).</b> Να διατίθεται με ενισχυμένο αμόνι και τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης των κλιπ, για να αποφεύγεται η στρέβλωση των συνδετηρών κατά την πυροδότηση.</p> <p><b>3).</b> Να έχει παράλληλο κλείσιμο για την ομαλή συμπίεση του ιστού και ενιαίο ύψος σχηματισμού συρραπτικών για αποτελεσματική συρραφή και αιμόσταση.</p> <p><b>4).</b> Να δημιουργείται κατάλληλη σύγκλιση με το σώμα, για να διευκολύνεται η συρραφή.</p> <p><b>5).</b> Να είναι διαχειρήσιμο και με το ένα χέρι.</p> <p><b>6).</b> Σε διαστάσεις από 30 mm έως 90 mm με μήκος συρραφής <math>3,5 \pm 0,5</math> mm και ύψος κλιπ <math>3,8 \pm 0,5</math> mm και <math>4,8 \pm 0,5</math> mm, για κάλυψη λεπτών και παχέων ιστών με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων προμηθευτών.</p> <p><b>7).</b> Να διατίθεται με προφορτωμένη κασέτα.</p> <p><b>8).</b> Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένο.</p> <p><b>9).</b> Να φέρει πιστοποιητικά CE και ISO.</p>

3	<p><b>ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ</b></p>	<p><b>1).</b> Να διατίθεται με ενισχυμένο αμόνι και τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης των κλιπ, για να αποφεύγεται η στρέβλωση των συνδετηρών κατά την πυροδότηση.</p> <p><b>2).</b> Να διαθέτει πύρο συγκράτησης ιστού, ώστε να αποφεύγεται η ολίσθησή του έξω από το περιφερικό όργανο και να διασφαλίζεται αποτελεσματικό μήκος κοπής.</p> <p><b>3).</b> Να έχει παράλληλο κλείσιμο για την ομαλή συμπίεση του ιστού.</p> <p><b>4).</b> Το ύψος σχηματισμού των συρραπτικών να είναι ενιαίο για αποτελεσματική συρραφή και αιμόσταση.</p> <p><b>5).</b> Να διαθέτει κλίμακα μέτρησης με σαφή ένδειξη του μήκους αναστόμωσης.</p> <p><b>6).</b> Σε διαστάσεις από 55 mm έως 100 mm, με διάφορα μήκη κοπής και συρραφής και ύψος κλιπ <math>3,85 \pm 0,5</math>, <math>4,2 \pm 0,5</math> mm και <math>4,5 \pm 0,5</math> mm, για κάλυψη λεπτών και παχέων ιστών με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων προμηθευτών.</p> <p><b>7).</b> Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένο.</p> <p><b>8).</b> Να φέρει πιστοποιητικά CE και ISO.</p>
---	---	---

Με εκτίμηση,

**BIOGENESYS**  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε  
 ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΒΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221  
 ΑΦΜ: 099805952 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 ΤΗΛ. 2651094772 FAX: 2651094708

Βάσω Κωσταρά