

Αθήνα, 14/01/2016

Αρ.Πρωτ:54

ΠΡΟΣ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Κύριοι,

Σε συνέχεια του εγγράφου σας με αριθμο πρωτ. 164 της 05/01/2016 σας υποβάλλουμε τεχνικές προδιαγραφές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-CPV 33162200-5

Παραμένοντας στην διάθεσή σας.

Μετά Τιμή

Για την Εταιρεία

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 118 53 ΤΗΛ.: 210 34 62 108
ΦΑΞ: 210 34 62 109
e-mail: info@koper.gr - www.koper.gr

Νικόλαος Μελάς

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Έδρα
Αριστοβούλου 64, 118 53 Αθήνα
Τηλ.: 210 3462 108, Fax: 210 3461 611
Α.Φ.Μ. 094007897
ΑΡΜ.Α.Ε. 00178/001/Β/86/0178
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000230701000
e-mail: info@koper.gr - www.koper.gr

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος
Καρδία, 570 01 Μικρά Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 23920 71036, Fax: 23920 72535
e-mail: salonica@koper.gr - www.koper.gr

Head Office
64, Aristovoulou str. GR 118 53 Athens
Tel.: +30210 3462 108, Fax: +30210 3461 611
e-mail: info@koper.gr - www.koper.gr

North Greece Branch
Kardia, GR-570 01 Mikra Salonika
Tel.: +3023920 71036, Fax: +3023920 72535
e-mail: salonica@koper.gr - www.koper.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-CPV
33162200-5

A/A 5

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ

- Κυκλικοί αναστομωτήρες με αποσπώμενο και ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Με παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του ιστού, με λαβή ταχείας και ελεγχόμενες σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης, με διπλή σκανδάλη πυροδότησης, στην συσκευασία να προσφέρεται και προέκταση που να ασφαλίσει στον άκμονα για τοποθέτηση σε δυσπρόσιτα σημεία. Σε διαστάσεις 25mm, 28mm, 31mm, 34mm

- Κυκλικοί αναστομωτήρες με αποσπώμενο και μη ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Με παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του ιστού, με λαβή ταχείας και ελεγχόμενες σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης, στην συσκευασία να προσφέρεται και προέκταση που να ασφαλίσει στον άκμονα για τοποθέτηση σε δυσπρόσιτα σημεία. Σε διαστάσεις 25mm, 29mm, 31mm, 33mm στα ζητούμενα μεγέθη επιτρέπεται απόκλιση $\pm 0,5\text{mm}$

A/A 7**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ**

- Σετ αιμορροϊδεκτομής που να αποτελείται από ένα ειδικό κυκλικό αναστομωτήρα μεγέθους 33mm, μη αποσπώμενης κεφαλής, μεγάλου αποθηκευτικού χώρου με κατάλληλη διαβάθμιση βάθους εφαρμογής, με κλιπς από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλισης κλιπ από 0,75- 1,5mm, με μηχανισμό ελέγχου της πυροδότησης, παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του ιστού, ένα κυκλικό διαστολέα πρωκτού, ένα πρωκτοσκόπιο περίπαρσης και σταθεροποιητή ράμματος μήκους 10cm.

- Σύστημα διαπρωκτικής αιμορροϊδικής απαγγείωσης το οποίο να αποτελείται από βελονοκάτοχο, με διαγράμμιση για την ακριβή τοποθέτηση της βελόνας, μιας χρήσης τιτανίου, πρωκτοσκόπιο χωρίς μεταλλικά μέρη με σημείο ασφαλούς στήριξης για την περιστροφή του βελονοκάτοχου, παράθυρο για την τοποθέτηση του DOPPLER και θέση τοποθέτησης της φωτεινής πηγής. Το πρωκτοσκόπιο να διαθέτει συρρόμενο επεκτεινόμενο παράθυρο για την εύκολη και ακριβή τοποθέτηση ραμμάτων ορθοπηξίας, μαζί να διατίθενται 6 ράμματα απορροφήσιμα με βελόνες 5/8 26mm καθώς επίσης και προωθητής κόμπων. Το σήμα του DOPPLER να είναι συνεχούς συχνότητας και όχι διακεκομένης για υψηλότερο βάθος ανίχνευσης αρτηριών έως 6mm.