



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα 13-04-2017

Αριθμ. Πρωτ. 5166

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί , Τ.Κ 50200
Πληροφορίες: Βασιλική Γρίβα
Τηλέφωνο:2463351309/
FAX : 2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

ΠΡΟΣ : ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : "Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια
Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM"

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη παρέχουμε την ακόλουθη συμπληρωματική πληροφορία – διευκρίνιση:

1. Στο παράρτημα Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, παράγραφος 5: Να διαθέτει λυχνία ... < από 0,6 mm ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΣΕ: $\leq$ από 0,6mm....
2. Στο παράρτημα Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, παράγραφος 5: Να διαθέτειεπιπρόσθετο (>3mm) φιλτράρισμα... ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΣΕ: $\geq$ 3mm....
3. Στο παράρτημα Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, παράγραφος 13: Να έχει τη δυνατότητα... psa, roadmapping κ.λ.π, ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΣΕ: dsa, roadmapping

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κ.α.α.
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ