



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Πτολεμαΐδα, 07.11.2025

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουρί
Πληροφορίες: Ειρήνη Καραμπατάκη
Τηλέφωνο: 2463351309
E-Mail: prometh@mpodosakeio.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.39/2025
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ 7.500 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
(CPV: 33696500-0)**

ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 6%

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4782/21(Α'36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
2. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014//24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
3. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Την με αριθμ.211/09-07-2025, (Θέμα 5ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΣΡ346907Ρ-596) «Τροποποίηση του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ».
7. Την υπ' αριθμ.323/06-10-2025 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: ΨΥΧΙ46907Ρ-6ΗΘ) περί ορισμού Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών.
8. Την υπ' αριθμ.326/16-10-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΙΥ46907Ρ-5Λ6 & ΑΔΑΜ: 25REQ017824263) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας αγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια «ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».

9. Την υπ' αριθμ.πρωτ.9078/06.11.2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας (ΑΔΑ: Ψ25Ρ46907Ρ-ΒΛΞ & ΑΔΑΜ: 25REQ017879038) στον Κ.Α.Ε 1359 και αριθμός πράξης α/α: 647.

Προσκαλεί, τον Οικονομικό φορέα ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. να αποστείλει προσφορά για την προμήθεια «ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 7.500 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ» (CPV: 33696500-0) με όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα και με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 18.000,00 € με ΦΠΑ 6%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για Τριακόσιες Εξήντα Πέντε (365) ημέρες.

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η πρόσκληση καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.mpodosakeio.gr.

Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, θέση Κουρί Πτολεμαΐδας, ΤΚ.50200, όπου θα παραληφθεί και θα αποδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών.

Η προσφορά υποβάλλεται είτε:

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

**Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 20/11/2025
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.**

Η προσφορά θα συνοδεύεται και από στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά), τα οποία θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα η προσφορά θα περιέχει τα εξής:

- 1) **Υπεύθυνη δήλωση**, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 2) **Υπεύθυνη Δήλωση**, του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 1. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
 2. Οι τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.
- 3) **Υπεύθυνη Δήλωση**, του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: «Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβα γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ" και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης για την

Προμήθεια «ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 7.500 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ» (CPV: 33696500-0) και δεσμεύομαι ότι συμμορφώνομαι πλήρως με όλους τους όρους των γενικών υποχρεώσεων καθώς και αυτούς που αφορούν το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία καταθέτω προσφορά».

- 4) **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του και είναι εν ισχύ.
- 5) **Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ** (Ασφαλιστική ενημερότητα) το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του και είναι εν ισχύ .
- 6) **Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε** (Φορολογική ενημερότητα) το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του και είναι εν ισχύ.
- 7) **Τεχνική Προσφορά με πλήρη αναλυτική τεχνική περιγραφή** για την προσφερόμενη προμήθεια. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο **Παράρτημα Ι**, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης προμήθειας. **Επιπλέον η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:**
 - **Πιστοποιητικό συμμόρφωσης** (CE certificate) προς την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. για κάθε είδος, που να έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό.
 - **Πιστοποίηση** σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** για τη διασφάλιση ποιότητας και **ISO 13485:2003** για την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 - **Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν σήμανση CE-IVD.**
- 8) **Οικονομική Προσφορά**, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα στο Παράρτημα ΙΙ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «**ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 7.500 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ**» (CPV: 33696500-0) με όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα, με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 18.000,00 € με ΦΠΑ 6% όπως περιγράφεται συνοπτικά στον πίνακα και αναλυτικότερα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Γίνονται δεκτές προσφορές για την προμήθεια «Εξετάσεων Φυσικοχημικών και Μικροσκοπικών παραμέτρων με τη χρήση Αυτομάτου Αναλυτή/Συστήματος για 7.500 δείγματα ουρών ανά έτος» και υποχρεωτικά η προσφορά του συμμετέχοντα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Η παρούσα σύμβαση αφορά τα κάτωθι είδη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Γενική Ούρων	7.500	2,25 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ			18.000,00 €

Οι ζητούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ**Προδιαγραφές συστήματος για σύνολο εξετάσεων: 7500/έτος**

1. Το σύστημα να αποτελείται από μια ενιαία μονάδα η οποία να μπορεί να εκτελεί πλήρη ανάλυση τόσο των φυσικοχημικών παραμέτρων όσο και των έμμορφων συστατικών των ούρων.

2. Να προσδιορίζει αυτόματα μέχρι και 28 παραμέτρους στα ούρα, 16 φυσικοχημικές και 12 μικροσκοπικές παραμέτρους.
3. Να έχει παραγωγικότητά που να φτάνει συνολικά τα 60 δείγματα την ώρα για πλήρη ανάλυση των 28 παραμέτρων. Για την μέτρηση μόνο των φυσικοχημικών παραμέτρων, η παραγωγικότητα του να είναι 60 δείγματα/ώρα. Για την μέτρηση μόνο των μικροσκοπικών παραμέτρων, η παραγωγικότητα του να είναι επίσης 60 δείγματα/ώρα.
4. Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο μη φυγοκεντρημένου δείγματος ως 3 ml για πλήρη ανάλυση, από κοινά σωληνάρια του εμπορίου.
5. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης δειγμάτων σε ένα σημείο χωρητικότητας τουλάχιστον 50 θέσεων σε υποδοχείς (racks).
6. Το σύστημα να προσφέρει σταθερά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας, ευαισθησίας και ειδικότητας.
7. Να έχει την δυνατότητα να διορθώνει αυτόματα τυχόν επιδράσεις που προκύπτουν από ακραίες τιμές pH, αιματοουρίας και μη φυσιολογικά χρωματισμένα ούρα, για λιγότερα ψευδή αποτελέσματα.
8. Να μπορεί να μετρά συνολικά τις παρακάτω παραμέτρους:
 - Πρωτεΐνες (PRO)
 - Νιτρικά (NIT)
 - Λευκοκυτταρική Εστεράση (LEU)
 - Αιμοσφαιρίνη (BLD)
 - Γλυκόζη (GLU)
 - Χολερυθρίνη (BIL)
 - Ουροχολινογόνο (URO)
 - Κετόνες (KET)
 - Ασκορβικό οξύ (ASC)
 - Κρεατινίνη (CRE)
 - Μικροαλβουμίνη (MicroAlbuminUrine)
 - Ασβέστιο (Ca)
 - pH
 - Ειδικό βάρος (SG)
 - Χρώμα (COL)
 - Όψη/Θολερότητα (TUR)
 - Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)
 - Λευκά αιμοσφαίρια/Πυροσφαίρια (WBC)
 - Συσσωματώματα λευκών αιμοσφαιρίων (WBC clumps)
 - Υαλώδεις Κυλίνδρους (CAST)
 - Κυλίνδρους μη ταξινομημένους (UNCC)
 - Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα (SEC)
 - Μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα (NSEC)
 - Βακτήρια (BAC)
 - Μύκητες (Yeast)
 - Κρυστάλλους (CRY)
 - Σπέρμα (SPRM)
 - Βλένη (MUCS)

9. Για την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων να μπορεί να προσδιορίζει:
- Το Ειδικό Βάρος, με την χρήση διαθλασίμετρου, που είναι μέθοδος αναφοράς.
 - Το Χρώμα, με την χρήση αισθητήρων RGB.
 - Την Όψη/θολερότητα με την χρήση θολοσίμετρου.
10. Οι προσφερόμενες αντιδραστήριες ταινίες ξηράς χημείας (strips), να είναι κατάλληλες και για απλή οπτική ανάγνωση/μέτρηση, με την χρωματική κλίμακα επάνω σε κάθε συσκευασία, καλύπτοντας τις παρακάτω βιοχημικές παραμέτρους:
- Πρωτεΐνες (PRO)
 - Νιτρικά (NIT)
 - Λευκοκυτταρική Εστεράση (LEU)
 - Αιμοσφαιρίνη (BLD)
 - Γλυκόζη (GLU)
 - Χολερυθρίνη (BIL)
 - Ουροχολινογόνο (URO)
 - Κετόνες (KET)
 - Ασκορβικό οξύ (ASC)
 - pH
 - Ειδικό βάρος (SG)
11. Για τον προσδιορισμό των έμμορφων στοιχείων/παραμέτρων στα ούρα, ο αναλυτής να κάνει ταυτόχρονη χρήση τριών τεχνολογιών:
- α) κυτταρομετρία ροής, χωρίς χρώση.
 - β) υψηλής ταχύτητας φωτογράφιση με ψηφιακή ανάλυση των εικόνων.
 - γ) τεχνητή νοημοσύνη για τον ακριβή υπολογισμό και αναγνώριση των μετρούμενων έμμορφων παραμέτρων.
12. Ο σύστημα να παρέχει και εικόνα οπτικού πεδίου μικροσκοπίου, με δυνατότητα μεγέθυνσης.
13. Το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα επισκόπησης των αποτελεσμάτων και διόρθωσης/ανακατανομής κατά την κρίση του χειριστή.
14. Το σύστημα να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 100.000 αποτελεσμάτων.
15. Το σύστημα να συνοδεύεται από σύγχρονο Η/Υ με έγχρωμη οθόνη, λογισμικό του κατασκευαστικού οίκου και εκτυπωτή.
16. Όλα τα προσφερόμενα υλικά να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή.
17. Να μπορεί να συνδεθεί στο LIS του εργαστηρίου και η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί να αναλάβει το κόστος σύνδεσης.
18. Να διαθέτει ενσωματωμένο Bar Code Reader για τα δείγματα.
19. Για τη διασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων, το σύστημα να διαθέτει πλήρη εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο που να αποτελείται από αρνητικό και θετικό control (μάρτυρα) για όλες τις βιοχημικές και μικροσκοπικές παραμέτρους, όπως επίσης και ειδικά control (μάρτυρες) για τον έλεγχο των επιμέρους μονάδων του αναλυτή που είναι υπεύθυνες για την ανάλυση των φυσικών παραμέτρων (ειδικό βάρος , χρώμα και θολερότητα). Τα control να διατίθενται με δαπάνη του προμηθευτή.

20. Για λόγους οικονομίας, να έχει την δυνατότητα ο χειριστής να μπορεί να ορίσει τους κανόνες έτσι ώστε ανάλογα με τα αποτελέσματα των χημικών παραμέτρων να προχωράει αυτόματα σε μέτρηση των μικροσκοπικών παραμέτρων ή όχι.
21. Η μεγαλύτερη διάστασή του να μην υπερβαίνει τα 750 mm και το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 60 kg, ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμος.
22. Για την διασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων να γίνεται αναφορά στην σειρά παραγωγής του αναλυτή στις κατευθυντήριες οδηγίες Ουρανάλυσης "EFLM European Urinalysis Guideline".
23. Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν σήμανση CE-IVD.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ							

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
5. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την σχετική πρόσκληση. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.
7. Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται: η Επωνυμία της Εταιρείας, Δ/νση, Α.Φ.Μ, τηλ. επικοινωνίας, email και σφραγίδα.

Σημείωση: Ο Οικονομικός Φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.